

NOVÉ

Automatický procesor na
imunofluorescenční sklička

iPRO

iPRO



kat. číslo 84101



Technická specifikace

Proces zpracování

- Kompletní zpracování IF vzorků (ředění, promývání, inkubace).
- Zásobník na 66 vzorků séra (6 zásobníků po 11 zkumavkách)
- Zásobník na 18-36 kontrol (velikost 0,3ml nebo 2ml)
- Zásobník na 5-10 konjugátů
- Zpracování najednou až 16 IF sklíček v jednom kroku
- Počet zkumavek pro nařaděné vzorky : 192 - při 4 ředěních lze zpracovat vzorky od 48 pacientů najednou
- Doba zpracování vzorků od 70 min do 3,5 h
- Automatická čtečka čárových kódů pro vzorky a reagentie
- Minimální objem vzorku : 3 μ L
- Zkumavky na vzorky : 3 druhy

Rozměry a hmotnost

775 x 620 x 550 mm
83 kg

Další vlastnosti

- Uzavřený systém
- Řešení chybových hlášek přes online protokoly
- Základní kalibrace přístroje – uživatelem
- Import požadavků na zpracování vzorků z LIS
- Český software, jednoduchá obsluha a programování

Požadavky na PC

Min.Intel Core i3@3,3, GHz, Win10, 64 bitů, RAM 6 Gbytes, monitor SVGA 1280*800

Rentabilita

Od 3.000 testů/rok, což odpovídá 2 IF sklíčkům denně.

Cena na vyžádání.



Objednávky vyřizuje:
JK-Trading s.r.o, Křivatcová 421/5
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Více informací:

Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Ernestová 777 477 308
Ing. Žúrová 777 929 623